

Red Medio Ambiente

Estación: UNIDAD MOVIL

Ayuntamiento de Carreño/Corvera
Dirección: Carreño/Corvera
Código nacional: XX

Latitud:
Longitud:
Altura:

INFORME MENSUAL DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE DATOS VALIDADOS Datos del mes de Noviembre de 2023

Día	SO2 (µg/m³)	H2S (µg/m³)	PM25 (µg/m³)	TIN (°C)
1	2,7 V	**** M	6 V	25,1 V
2	1,4 V	**** M	5 V	22,7 V
3	1,1 V	**** M	7 V	23,0 V
4	3,0 V	**** M	5 V	25,0 V
5	0,8 V	**** M	4 V	24,1 V
6	0,8 V	**** M	4 V	22,9 V
7	0,7 V	0,7 V	5 V	22,2 V
8	2,2 V	2,8 V	6 V	23,8 V
9	1,7 V	2,3 V	5 V	24,1 V
10	2,6 V	2,4 V	7 V	24,9 V
11	4,0 V	3,6 V	5 V	25,9 V
12	3,2 V	2,6 V	6 V	25,7 V
13	4,1 V	4,0 V	8 V	25,6 V
14	3,1 V	2,7 V	6 V	25,0 V
15	3,2 V	2,8 V	8 V	25,5 V
16	2,3 V	1,2 V	4 V	25,1 V
17	2,3 V	1,7 V	9 V	24,9 V
18	2,5 V	1,7 V	9 V	24,4 V
19	2,7 V	2,0 V	10 V	24,7 V
20	2,0 V	1,2 V	8 V	24,6 V
21	0,9 V	0,4 V	6 V	22,6 V
22	1,3 V	0,3 V	6 V	23,9 V
23	1,0 V	0,2 V	7 V	22,2 V
24	1,9 V	0,9 V	7 V	23,4 V
25	2,9 V	1,9 V	12 V	24,0 V
26	2,7 V	1,8 V	16 V	22,3 V
27	3,3 V	2,5 V	9 V	23,2 V
28	4,6 V	4,2 V	7 V	24,7 V
29	6,8 V	7,0 V	8 V	25,0 V
30	4,5 V	3,9 V	5 V	22,8 V

Max	6,8	7,0	16	25,9
D. max	29	29	26	11
Min	0,7	0,2	4	22,2
D. Min	7	23	5	7
Med	2,5 V	2,3 V	7 V	24,1 V
%Val	100,0%	80,0%	100,0%	100,0%

Códigos de validación empleados			
Datos aceptados		Datos excluidos	
V	Dato válido	D	Fallo técnico
O	Dato corregido	C	Calibración de Span
R	Dato reconstruido	F	Fallo de tensión
T	Pendiente de validación	N	Causa desconocida
		M	Mantenimiento
		Z	Calibración de cero
		(*)	Insuficiente número de datos